

食品衛生精度管理比較調査結果報告書

— 個別報告書 —



財団法人 食品薬品安全センター
秦野研究所

平成24年度
食品衛生精度管理比較調査結果報告書
— 個別報告書 —

平成25年3月6日

株式会社 クロックワーク

代表取締役

伊志嶺 哉 様

コード番号	7643
-------	------

財団法人食品薬品安全センター
秦野研究所
所長 小島 幸一

参加検査機関のコード番号: 7643

結果報告値

調査項目	単位	1	2	3	Xbar ^{a)}	R ^{a)}
一般細菌数測定検査	cfu/g ^{c)}	90500	93000	100000	94500	9500
大腸菌群検査		検体No.1: 陰性	検体No.2: 陽性	所見: 添加菌を正しく検出しました		
E. coli検査		検体No.1: 陰性	検体No.2: 陽性	所見: 添加菌を正しく検出しました		
黄色ブドウ球菌検査		検体No.1: 陰性	検体No.2: 陽性	所見: 添加菌を正しく検出しました		
サルモネラ属菌検査		検体No.1: 陽性	検体No.2: 陰性	所見: 添加菌を正しく検出しました		

a) XbarおよびRは結果報告値をもとに算出した。またXbarが外部精度管理調査実施機関の測定による暫定値の1/100以下または100倍以上であった場合、および報告が3例未満の場合には空欄とした。

b) 一般細菌数測定検査における検査結果の評価はXbarとRを用いた。

c) cfu: colony forming units

財団法人 食品薬品安全センター
秦野研究所

〒257-8523 神奈川県秦野市落合729-5 TEL 0463-82-4751